



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – SETOR REQUISITANTE

1.1. O setor requisitante é a Secretaria Municipal de Saúde de Coração de Jesus/MG.

2– DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1. A aquisição dos itens especificados tem como objetivo atender a necessidade dos estabelecimentos da rede municipal de saúde no município de Coração de Jesus, são materiais de consumos e equipamentos imprescindíveis de utilização diária, atendendo os requisitos específicos e repostos com periodicidade.

2.2. Os itens abaixo discriminados serão adquiridos com o recurso do financiamento federal, estadual e municipal.

3 – DEMANDA DA FUTURA CONTRATAÇÃO

3.1. A possível solução para a demanda enquadra-se como:

Material/equipamento; () Serviço; () Obra/serviço de engenharia; () Serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual; () Locação de imóvel.

4 – DESCRIÇÕES E QUANTIDADES DO(S) ITEM(NS)

4.1. O(s) item(ns) que compõe(m) a demanda é(são):

ITEM	CÓD. CNBS	DESCRIÇÃO (CNBS)	QUANT.	UNID.
1.	423465	ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS E SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE ACABADAS, FORMATO LISO. CADA UNIDADE DEVE SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	2.000	PCT
2.	427498	ADIPÔMETRO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO E DE FÁCIL MANUSEIO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESCALA DE MEDIÇÃO PRECISA PARA DETERMINAR A ESPESSURA DAS DOBRAS CUTÂNEAS, COM UNIDADES EM MILÍMETROS. FAIXA DE MEDIÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE PELE E CARACTERÍSTICAS CORPORAIS, ADEQUADA PARA ADULTOS E CRIANÇAS. DESIGN ERGONÔMICO COM MANÍPULO CONFORTÁVEL PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE, CARACTERÍSTICAS DE DESIGN E FUNCIONALIDADE: SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ALTA PRECISÃO, COM AGULHA OU MOLA CALIBRADA QUE FORNECE RESULTADOS CONFIÁVEIS. INSTRUMENTO COM	20	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORACÃO DE JESUS

		BRAÇO OU LÂMINA ARTICULADA, GARANTINDO LEITURA PRECISA E AJUSTADA À ESPESSURA DA DOBRA CUTÂNEA. COMPONDO UM SISTEMA DE LEITURA DE FÁCIL LEITURA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. ACOMPANHA MANUAL EXPLICATIVO SOBRE A TÉCNICA DE MEDIÇÃO DAS DOBRAS CUTÂNEAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS DE QUALIDADE EXIGIDAS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS.		
3.	367898	ÁGUA DESTILADA - 1L INDICADA PARA AUTOCLAVES, ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS LABORATORIAIS E ANÁLISES QUÍMICAS. FRASCO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E Nº DE LOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, RÍGIDA E TRANSPARENTE, COM SISTEMA FECHADO. CAIXA COM 20 UNIDADES.	50	CAIXA
4.	276839	ÁGUA DESTILADA / BIDEUTILADA PARA INJEÇÃO – 10 ML AMPOLA PLÁSTICA, TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	5.000	UND
5.	277319	AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES EMBALADA EM FRASCO CONTENDO 1000 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A VALIDADE DO PRODUTO NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	500	UND
6.	439812	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 13X4.5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	Caixa
7.	439811	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 20X5.5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.000	Caixa
8.	439807	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X7.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	2.000	Caixa



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

9.	439804	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X8.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES	2.000	Caixa
10.	439805	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 30X8.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.000	Caixa
11.	439799	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.000	Caixa
12.	481012	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM COM AÇÃO ANTISSEPTICA, COM 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO, COM ELIMINAÇÃO DE 99,9% DAS BACTÉRIAS, COM FRASCO DE 1000ML.	4.000	UND
13.	346632	ALCOOL 96 % COM 1000 ML ETÍLICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM A 96%, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM 1000 ML.	300	UND
14.	380018	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL- GRADUACAO: 70° INPM NÃO AROMATIZADO; LIMPIDO; TRANSPARENTE; ISENTO DE RESIDUOS; ROTULO E EMBALAGEM CONFORME DETERMINACAO INMETRO; CONTEUDO: 500 GR COM VÁLVULA PUMP; VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA.	3.000	UND
15.	279726	ALGODÃO, HIDRÓFILO NÃO ESTÉRIL, 100% FIBRAS DE ALGODÃO ALVEJADO, INODORO E INSIPIDO, EM ROLOS DE MANTA FINA COM ESPESURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS REGULARMENTE, COMPACTO, ASPECTO HOMOGÊNEO, MACIO E ABSORVENTE, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, ROLO DE 500 GRAMAS.	400	UND
16.	279893	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO GRADUADA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 250ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE NA COR ÂMBAR.	200	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

17.	279887	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO GRADUADA COM TAMPAS, CAPACIDADE DE 250ML, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE .	300	UND
18.	279899	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO GRADUADA COM TAMPAS, CAPACIDADE DE 250ML, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE NA COR ÂMBAR , PARA ACONDICIONAMENTO DE SUBSTÂNCIAS FOTOSSENSÍVEIS.	300	UND
19.	279890	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO GRADUADA COM TAMPAS, CAPACIDADE DE 250ML, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE NA COR TRANSPARENTE.	300	UND
20.	613481	ANTROPÔMETRO INFANTIL – TIPO RÉGUA - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MADEIRA PARA USO PEDIÁTRICO E NEONATAL, CONSTITUÍDA EM MADEIRA MARFIM, MEDINDO 1 METRO DE COMPRIMENTO E MANDÍBULA RETRÁTIL, CABECEIRA PARA ENCOSTO DE CABEÇA FIXA, CONTENDO MARCAÇÃO EM MILÍMETROS, COM ESCALA DE 1 METRO EM AMBOS LADOS DA RÉGUA PERMITINDO MEDIR A CRIANÇA EM QUALQUER DIREÇÃO.	20	UND
21.	436498	APARELHO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO - COM DISPLAY LCD AFERINDO MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, SISTÓLICA E DIASTÓLICA. FREQUÊNCIA CARDÍACA, MEMÓRIA PARA 120 RESULTADOS, INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA, INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO E O CÁLCULO DA MÉDIA AUTOMÁTICA DAS TRÊS ÚLTIMAS MEDIÇÕES. MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA; TOTALMENTE AUTOMÁTICO, MEDIÇÃO NO BRAÇO, BOLSA PARA TRANSPORTE INCLUSO ADAPTADOR FONTE DE ENERGIA BIVOLT PARA SER USADO CONECTADO NA TOMADA. 01	50	UND
22.	389556	APARELHO GLICOSIMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, COM FAIXA DE LEITURA AMPLA MINIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20 MG/DL E MAXIMA APARTIR DE 600 MG/DL. TIPO DE AMOSTRA: SANGUE OBITIDO POR CAPILARIDADE, VOLUME DE AMOSTRA SANGUINEA DE 0,5 A 5 MICROLITROS. CARACTERISTICA DO APARELHO: TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 05 A 30 SEGUNDOS, MEMORIA MINIMA PARA 250 RESULTADOS, DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: PILHAS E OU BATERIAS NECESSARIAS AO SEU FUNCIONAMENTO, ESTOJO OU BOLSA DE PROTEÇÃO, MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA, SOFTWARE QUE PERMITA A EXPORTAÇÃO DOS DADOS ARMAZENADOS, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE LEITURA NO FORMATO TXT, CVS E OU XML, DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE DADOS, SOLUÇÃO CONTROLE (CASO O SISTEMA DE CONTROLE/VERFICIAÇÃO DO GLICOSÍMETRO SEJA POR MEIO DE SOLUÇÃO).	50	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

23.	459186	ASPIRADOR PORTÁTIL COM ALÇA DE TRANSPORTE, PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES; PARA USO EM EMERGÊNCIA, SILENCIOSO E DE MANUSEIO SIMPLES; FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE NO MÍNIMO 18 LITROS/MINUTO; VÁCUO: 0-620 MMHG; BOTÃO REGULADOR DE VÁCUO PARA CONTROLE DA POTÊNCIA DE SUCCÃO; FILTRO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA; FRASCO COLETOR ACOPLADO COM TAMPA, CAPACIDADE ENTRE 0,8 E 1,2ML; EM MATERIAL RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA, COM PROTEÇÃO ATRAVÉS DE VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL ANTITRANSBORDAMENTO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, COM BATERIA INTEGRADA RECARREGÁVEL 12VCC, SELADA DE CHUMBO ÁCIDO, AUTONOMIA 40 MINUTOS; PESO MÁXIMO DE 3,5KG ACOMPANHA : FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA TUBO DE SUCCÃO EM SILICONE COM NO MÍNIMO 1,8M , EXTENSÃO, PONTA DE SUCCÃO, FILTRO SOBRESSALENTE E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO; GARANTIA 1 ANO.	20	UND
24.	444366	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2 MEDINDO 15 CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 32,7G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE CONFORME NBR 14056:2002.	20.000	UND
25.	444374	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 25CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 54,1G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE CONFORME NBR 14056:2002.	15.000	UND
26.	444356	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2 MEDINDO 10 CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE.	15.000	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

27	444372	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2 MEDINDO 20 CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE CONFORME NBR 14056:2002.	3.000	UND
28.	437885	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 LITROS, BIVOLT AUTOMÁTICO • MEDIDAS EXTERNAS: C: 1,07 CM, H: 41,5 CM, L: 41,5CM • MEDIDAS INTERNAS: D: 31,6 CM, C: 96 CM EQUIPAMENTO NOVO, PRIMEIRO USO. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS; FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DISPENSA TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA; EQUIPAMENTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	20	UND
29.	616038	AVENTAL DESCARTÁVEL AVENTAL IMPERMEÁVEL, DE GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2, MANGAS LONGAS, PUNHO DE MALHA OU ELÁSTICO, ABERTURA POSTERIOR, DEVE SER CONFECCIONADO COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ATÓXICO, HIDRO/HEMORREPELENTE, HIPOALÉRGICO, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS RESISTENTES, PROPORCIONAREM BARREIRA ANTIMICROBIANA EFETIVA (TESTE DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA - BFE) - TAMANHO ÚNICO. (PACOTE COM 10 UNIDADES)	5.000	PCT
30.	439957	BACIA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 5,5L. UTILIZADA PARA BANHO DE LEITO, TRANSPORTE DE ESPÉCIMES PARA EXAMES. DIMENSÕES APROXIMADAS 40 X 8CM.	20	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORACÃO DE JESUS

31.	469451	BACIA REDONDA HOSPITALAR, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 30 CM E NO MÁXIMO 35CM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 3.000 ML E NO MÁXIMO 3.200 ML.	50	UND
32.	442495	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 300KG, PESO MÍNIMO DE 1 KG, DIVISÕES DE 50 GR, DISPLAY DE 06 DÍGITOS, TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 90 A 240 VAC, COM CHAVEAMENTO AUTOMATÍSTICO, MEDIDAS DO ANTROPÔMETRO ATÉ 2 M COM FRACÃO DE 0,5 CM, PÉS CONFECCIONADO EM BORRACHA RÍGIDA, TAPETE ANTIDERRAPANTE, ANTROPÔMETRO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO, ENTRADA PARA BATERIA 12 VCC EXTERNA, PINTADA COM TINTA POLIÉSTER A PÓ, MEDIDAS APROXIMADAS DA BASE 40 X 50CM, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	50	UND
33.	613999	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, COM VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA 6MM, CAPACIDADE DE ATÉ 180KG, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 32CM DE LARGURA E 32CM DE COMPRIMENTO, COM DISPLAY QUE ZERA, LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, PESO MÉDIO DO PRODUTO: 2,0 KG. INDICADOR DE PESO E NÍVEL DE BATERIA ALIMENTAÇÃO À BATERIA RECARREGÁVEL 120 VAC 60HZ; CONTENDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	100	UND
34.	472668	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, DUPLA ESCALA CAPACIDADE ATÉ 25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5KG ATÉ 25KG, FONTE AUTOMÁTICA FULL RANGE EXTERNA, ENTRADA DE 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 9VDC/1,5A, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA EM POLIPROPILENO INJETADO BRANCO ATÓXICA, COM CAPA PROTETORA EM MATERIAL RESISTENTE ACOLCHOADO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ATÓXICO, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 0 E 54CM, COM GRADUAÇÃO DE 1CM, FUNÇÕES DO TECLADO LIGA/DESLIGA, TARA 100%, IMPRESSÃO E Z, TECLADO TIPO "MEMBRANA" DE FÁCIL DIGITAÇÃO EM POLICARBONATO, DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO), DIMENSÕES APROXIMADAS: GABINETE 30L X 28P X 9,5A CM, CONCHA 55P X 33L X 8,5A CM, CONSUMO 0,2W, GARANTIA 1 ANO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO.	20	UND
35.	440181	BANDEJA CIRÚRGICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, COM BORDAS ARREDONDADAS. COM TAMANHO DE 30 X 20 X 4 CM. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA.	30	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

36.	457593	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. TAMANHO 10CM X 22CM (COMPRIMENTO X LARGURA) ACEITANDO UMA VARIAÇÃO DE +/- 2CM. FABRICADA EM POLÍMEROS DE ENGENHARIA, COM RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS (AUTOCLÁVEL A PELO MENOS 130°C).	30	UND
37.	445300	BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 11 E CABO EM PLÁSTICO. INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE INCISÕES DE TECIDOS MOLES EM PROCEDIMENTOS MANUAL. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ACOMPANHA TAMPA PROTETORA PARA A LÂMINA. CAIXA COM 100 LÂMINAS.	50	Caixa
38.	439126	BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 15 E CABO EM PLÁSTICO. INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE INCISÕES DE TECIDOS MOLES EM PROCEDIMENTOS MANUAL. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ACOMPANHA TAMPA PROTETORA PARA A LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA CAIXA COM 100 LÂMINAS.	50	CX
39.	366902	BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 24 E CABO EM PLÁSTICO. INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE INCISÕES DE TECIDOS MOLES EM PROCEDIMENTOS MANUAL. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ACOMPANHA TAMPA PROTETORA PARA A LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA CAIXA COM 100 LÂMINAS.	50	CX
40.	432133	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 2000ML, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, ESCALA GRADUADA, VÁLVULA DE DRENAGEM, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PINÇA CORTA-FLUXO E PONTO DE COLETA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PERMITINDO A COLETA DE AMOSTRAS PARA EXAMES. ESTÉRIL E EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEU GRAU CIRÚRGICO,	1000	UND
41.	477369	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ ILEOSTOMIA, PEÇA ÚNICA, NÃO ESTÉRIL, OPACA OU TRANSPARENTE, DRENÁVEL, COM FILTRO ANTIODOR, PLACA PLANA COM ADESIVO DE DUPLA CAMADA, COMPOSTA POR PLÁSTICO, MALEÁVEL. REVESTIMENTO DE MATERIAL MACIO E NÃO TECIDO, HIPOALERGÊNICO, COM FECHAMENTO SEGURO QUE NÃO POSSIBILITE VAZAMENTO, RECORTÁVEL DE 10 A 35 MM. ALTERNADA.	500	UND
42.	477301	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ ILEOSTOMIA PEÇA ÚNICA, NÃO ESTÉRIL, OPACA OU TRANSPARENTE, DRENÁVEL, COM FILTRO ANTIODOR, PLACA PLANA COM ADESIVO DE DUPLA CAMADA, COMPOSTA POR PLÁSTICO, MALEÁVEL. REVESTIMENTO DE MATERIAL MACIO E NÃO TECIDO, HIPOALERGÊNICO, COM FECHAMENTO SEGURO QUE NÃO POSSIBILITE VAZAMENTO, RECORTÁVEL DE 10 A 76 MM.	300	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORACÃO DE JESUS

43.	477873	BOTA DE UNNA PRONTA: PARA O USO TAMANHO APROXIMADO: 10 CM X 9 M. BANDAGEM INELÁSTICA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE COR BRANCA, PRONTA PARA O USO, IMPREGNADA COM PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, QUE NÃO ENDURECE E QUE SEJA UNIFORME EM TODA A TRAMA DA BANDAGEM. COMPOSTA, MINIMAMENTE, POR GLICERINA, ÓXIDO DE ZINCO, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA, ÓLEO DE RÍCINO. DEVE SER LIVRE DE PARABENOS E DERIVADOS (HIPOALERGÊNICA). A BOTA DE UNNA DEVE SER CAPAZ DE SER FIXAR BEM Á PERNA DO PACIENTE PARA PROMOVER A CONTENÇÃO, POR PELO MENOS 7 DIAS. ESTÉRIL E COM REGISTRO NA ANVISA.	500	UND
44.	623121	CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA ACONDICIANDAS EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	1.000	UND
45.	623119	CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 20L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853/VIGENTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	UND
46.	616940	CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO COM TAMPA, TRAVAS LATERAIS, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 54,1 CM, LARGURA: 33,8 CM E ALTURA: 19 CM.	100	UND
47.	615870	CAIXA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE. COMPRIMENTO: 32 CM. LARGURA: 16,5 CM. ALTURA 01: 12,5 CMCOR: BRANCA LEITOSA: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, EMPILHÁVEL.	20	UND
48.	285574	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPA E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE.	50	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

49.	623076	CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO DERIVADO DE CELULOSE EM ATÉ 50%, COM QUATRO CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI, EVITANDO DESLIZAMENTOS. TAMANHO DE 23 CM X 25 CM, COM PESO MÍNIMO DE 8G POR UNIDADE. ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, COR BRANCA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO, FIO RADIOPACO E BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS PARA EVITAR DESFIAMENTO. PACOTE COM 50 UNIDADES, CONFORME NBR 14767:2009.	500	PCT
50.	437175	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OUPOLIURETANO. ESTÉRIL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	Caixa
51.	460347	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CAIXA COM 100 UNIDADES	10	Caixa
52.	437177	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	500	UND
53.	437178	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	2000	UND
54.	438244	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	20	Caixa
55.	438243	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	1.500	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

56.	621790	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 10 UNIDADES. DIMENSÕES DE 10,5 X 10,5 CM OU 10 X 10 CM.	500	UND
57.	621786	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO PEDIÁTRICO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO.	250	UND
58.	484853	COBERTURA ANTIMICROBIANA DE ALGINATO COM PRATA COMPOSTA POR 100% DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO IMPREGNADAS COM PRATA IÔNICA. TEM AÇÃO BACTERIANA CONTRA MICRO-ORGANISMOS PATOGÊNICOS PRESENTES NA SUPERFÍCIE DE LESÕES, OFERECE UMA LIBERAÇÃO CONTINUA DE ÍONS DE PRATA POR ATÉ 7 DIAS, PERMITINDO PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA EFICAZ POR TODO O PERÍODO DE USO DA COBERTURA. COBERTURA ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 15 X 15 CM.	25	UND
59.	484852	COBERTURA ANTIMICROBIANA DE ALGINATO COM PRATA COMPOSTA POR 100% DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO IMPREGNADAS COM PRATA IÔNICA. TEM AÇÃO BACTERIANA CONTRA MICRO-ORGANISMOS PATOGÊNICOS PRESENTES NA SUPERFÍCIE DE LESÕES, OFERECE UMA LIBERAÇÃO CONTINUA DE ÍONS DE PRATA POR ATÉ 7 DIAS, PERMITINDO PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA EFICAZ POR TODO O PERÍODO DE USO DA COBERTURA. COBERTURA ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 10 X 20 CM.	50	UND
60.	484901	COBERTURA DE HIDROFIBRA COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA. PRODUTO ESTÉRIL COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO, COM AÇÃO DE BARREIRA MICROBIANA, CRIANDO UM GEL QUE AUXILIA NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO MANTENDO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO DA FERIDA. DIMENSÕES DE 10 X 10 CM.	100	UND
61.	484887	COBERTURA DE HIDROFIBRA COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA. PRODUTO ESTÉRIL COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO, COM AÇÃO DE BARREIRA MICROBIANA, CRIANDO UM GEL QUE AUXILIA NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO MANTENDO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO DA FERIDA.. DIMENSÕES DE 15 X 15 CM.	200	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

62.	485059	COBERTURA ESTÉRIL CONSTITUÍDA POR MANTA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGUINADO COM NITRATO DE PRATA, COM BAIXA ADERÊNCIA E ALTO CONTROLE DE INFECÇÃO E ODORE. PODENDO SER RECORTÁVEL, NAS DIMENSÕES DE 10,5 X 10,5 CM OU 10 X 10 CM.	100	UND
63.	485086	COBERTURA PRIMÁRIA PARA FERIMENTOS TAMANHO APROXIMADO: 7,5 CM X 7,5 CM., NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, COMPOSTA POR UMA TELA DE ACETATO DE CELULOSE OU GAZE RAYON, COM TRAMAS UNIFORMES E POROSAS QUE PERMITAM SEREM CORTADAS SEM FIAPOS, IMPREGNADA COM EMULSÃO HIDROFÍLICA DE PETROLATO OU A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), SOLÚVEL EM ÁGUA, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA PERMITIR O LIVRE FLUXO DE EXSUDATOS ATRAVÉS DO CURATIVO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLÁSTICO CUJA ABERTURA PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.	500	UND
64	485087	COBERTURA PRIMÁRIA PARA FERIMENTOS:TAMANHO APROXIMADO: 7,5 CM X 20 CM. NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, COMPOSTA POR UMA TELA DE ACETATO DE CELULOSE OU GAZE RAYON, COM TRAMAS UNIFORMES E POROSAS QUE PERMITAM SEREM CORTADAS SEM FIAPOS, IMPREGNADA COM EMULSÃO HIDROFÍLICA DE PETROLATO OU A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), SOLÚVEL EM ÁGUA, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA PERMITIR O LIVRE FLUXO DE EXSUDATOS ATRAVÉS DO CURATIVO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLÁSTICO CUJA ABERTURA PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.	200	UND
65.	455905	COLAR, CERVICAL, TIPO PHILADELPHIA, COM ABERTURA ANTERIOR PARA TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO G, ESPUMA DE POLIFORMIO OU SOFTFORM, COM SUPORTE MENTONIANO, PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO, FUROS PARA VENTILAÇÃO, FECHO EM VELCRO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA E/OU O PRÓPRIO	15	UND
66.	455902	COLAR, CERVICAL, TIPO PHILADELPHIA, COM ABERTURA ANTERIOR PARA TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO M, ESPUMA DE POLIFORMIO OU SOFTFORM, COM SUPORTE MENTONIANO, PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO, FUROS PARA VENTILAÇÃO, FECHO EM VELCRO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA E/OU O PRÓPRIO	15	UND
67.	455903	COLAR, CERVICAL, TIPO PHILADELPHIA, COM ABERTURA ANTERIOR PARA TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO P, ESPUMA DE POLIFORMIO OU SOFTFORM, COM SUPORTE MENTONIANO, PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO, FUROS PARA VENTILAÇÃO, FECHO EM VELCRO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA E/OU O PRÓPRIO	15	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

68.	474765	COLAR, CERVICAL, TIPO PHILADELPHIA, COM ABERTURA ANTERIOR PARA TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO PP, ESPUMA DE POLIFORMIO OU SOFTFORM, COM SUPORTE MENTONIANO, PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO, FUROS PARA VENTILAÇÃO, FECHO EM VELCRO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA E/OU O PRÓPRIO	15	UND
69.	616136	COLCHÃO CASCA DE OVO - COLCHONETE ALVEOLADO SOLTEIRO. ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE D20, RECOMENDADO PARA BIOTIPOS ATÉ 90 KILOS, COR DA ESPUMA: CINZA, DIMENSÕES DO COLCHONETE SOLTEIRO: 1,90 X 0,80 X 4.	50	UND
70.	619186	COLETOR PARA EXAMES LABORATORIAIS, TIPO COPO, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE E TRANSLÚCIDO, COM TAMPA ROSQUEADA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE LIQUIDO NUM VOLUME GRADUADO DE 2000ML, ACOMPANHA PALETA PLÁSTICA PARA MANUSEIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADA CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.	1000	UND
72.	619195	COLETOR, DE URINA, PEDIÁTRICA, UNIVERSAL, TIPO SACO, GRADUADO, COM CAPACIDADE PARA 100ML, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM CAMPO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, DEVE CONTER FITA HIPOALERGÊNICA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADA CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.	500	UND
73.	615233	COMPRESSA ANTIMICROBIANA: CURATIVO ANTIMICROBIANO NÃO MEDICAMENTOSO COMPOSTO POR TECIDO DE ACETATO Á BASE DE CLORETO DE DIALQUIL CARBOMOIL (DACC). INDICADO PARA FERIDAS COLONIZADAS OU INFECTADAS PROMOVENDO A REMOÇÃO DE BACTÉRIAS E OFERECIDA PELO COLÁGENO. INDICADA PARA O MANEJO DE FERIDAS E/OU LESÕES ESTAGNADAS E COM ATIVIDADE DE PROTESES NO LEITO DA LESÃO. SEM ADESIVO, HIPOALÉRGENICO, ATÓXICA. DIMENSÕES 10 X 10 CM.	200	UND
74.	435418	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO: PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL, DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. ACOMPANHA: 01 MASCARÁ EM PLÁSTICO, 01 UNIDADE NEBULIZADORA, 01 EXTENSÃO E 01 ELÁSTICO, COMPATÍVEL COM INALADORES NS.	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

75.	435419	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL: PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL, DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. ACOMPANHA: 01 MASCARÁ INFANTIL EM PLÁSTICO, 01 UNIDADE NEBULIZADORA, 01 EXTENSÃO E 01 ELÁSTICO, COMPATÍVEL COM INALADORES NS.	100	UND
76.	415898	CONJUNTO PARA INALAÇÃO E NEBULIZAÇÃO HOSPITALAR COM 5 SAIDAS E COM SUPORTE: APARELHO AEROSOL COM 5 SAIDAS E CARRO SUPORTE, POSSUI SUPORTE PARA AS MASCARAS E KIT DE NEBULIZAÇÃO. COMPRESSOR INSERTO DE ÓLEO. POTENCIA 1/4HP 50/60 HZ. ROTAÇÃO 1.750 RPM. 40 A 80 LIBRAS. PROTETOR TÉRMICO. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO.	20	UND
77.	481317	COTONETES: HASTE FLEXIVEL PLASTICO COM ALGODÕES NAS DUAS EXTREMIDADES. CAIXA COM 75 UNIDADES	100	UND
78.	427799	CREME DE BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO DE USO TÓPICO. INDICADO PARA TRATAMENTO DE PELE SECA OU IRRITADA CAUSADA POR EXPOSIÇÃO A EXSUDATO, REPELINDO A ENTRADA DE LÍQUIDOS EVITANDO MECERAÇÃO DA PELE. PROTETOR CUTÂNEO COM O OBJETIVO DE PROTEGER A PELE DE AGENTES EXTERNOS COMO ATRITOS, UMIDADES E COLAS. COMPOSTO POR ÓLEO MINERAL, PETROLATO, CICLOMETICONA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE AUXILIAM NA RESTAURAÇÃO DO PH DA PELE. TUBO COM NO MÍNIMO 60G.	100	UND
79	439208	CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8 CM X 4 CM E CAPACIDADE DE 150 ML.	50	UND
80.	439214	CUBA EM FORMATO DE RIM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 11CM E CAPACIDADE PARA 700ML.	50	UND
81.	600697	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO: TAMANHO 10 CM X 10 CM. COMPOSTO POR FIBRAS DE ÉTILSUFONATO DE CELULOSE E FIBRAS DE CELULOSE, QUE FORMAM UM GEL COESO E TRANSPARENTE EM CONTATO COM O EXSUDATO DA FERIDA. ABSORÇÃO VERTICAL, CAPAZ DE BLOQUEAR O EXSUDATO MANTENDO-O AFASTADO DA FERIDA, PROPICIANDO UM AMBIENTE ÚMIDO QUE FAVORECE O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. SE ADAPTA INTIMAMENTE AO LEITO DA FERIDA. ESTÉRIL, ADAPTÁVEL E MACIO.	100	UND
82.	615394	CURATIVO DE COLAGENO: COBERTURA PRIMÁRIA DE MATRIZ DE COLÁGENO COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE COLÁGENO PURO NATURAL. ESTRUTURA DE TRIPLA HÉLICE OFERECIDA PELO COLÁGENO. INDICADA PARA O MANEJO DE FERIDAS E/OU LESÕES ESTAGNADAS E COM ATIVIDADE DE PROTESES NO	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		LEITO DA LESÃO. SEM ADESIVO, HIPOALÉRGENICO, ATÓXICA. DIMENSÕES 10 X 10 CM.		
83.	485018	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE MULTICAMADAS: TAMANHO: 15X15 CM. COMPOSTO POR NO MÍNIMO 05 CAMADA: SUPERFÍCIE DE CONTATO REVESTIDO POR SILICONE SUAVE; SEGUNDA CAMADA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO COM PROPRIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DO EXSUDATO; TERCEIRA CAMADA DE VISCOSE E POLIÉSTER COM PROPRIEDADE DISPERSIVA; QUARTA CAMADA DE ALGODÃO E POLIACRILATO PERFURADA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E PROPRIEDADES DE RETENÇÃO (ESTAS 2 ÚLTIMAS APRESENTANDO CORTES EM FORMA DE Y EM TODA A SUA EXTENSÃO POSSIBILITANDO GRANDE FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE EM 360°), E CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL POSSUINDO PONTOS DEMARCADORES A CADA 1 CM QUE PERMITEM MONITORAMENTO DO PROGRESSO DA ABSORÇÃO E INDICAM O MOMENTO IDEAL DE TROCA E TAMBÉM, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. POSSUI SISTEMA DE APLICAÇÃO COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL EM 3 PARTES QUE FACILITAM E PERMITEM A APLICAÇÃO COM MAIOR FIRMEZA E SEGURANÇA. APRESENTA CAPACIDADE DE MANEJO DE FLUIDO DE NO MÍNIMO 20,9 G/10CM2/24H, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 7 DIAS. ESTÉRIL.	50	UND
84.	485020	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE MULTICAMADAS: TAMANHO APROXIMADO: 20X20 CM. COMPOSTO POR NO MÍNIMO 05 CAMADAS: SUPERFÍCIE DE CONTATO REVESTIDO POR SILICONE SUAVE; SEGUNDA CAMADA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO COM PROPRIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DO EXSUDATO; TERCEIRA CAMADA DE VISCOSE E POLIÉSTER COM PROPRIEDADE DISPERSIVA; QUARTA CAMADA DE ALGODÃO E POLIACRILATO E CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. APRESENTA NA PARTE SUPERIOR DUAS ABAS DE MANIPULAÇÃO QUE PERMITEM A INSPEÇÃO DA REGIÃO E NA PARTE INFERIOR ABAS PARA ADAPTAÇÃO INTERGLUTEA. POSSUI SISTEMA DE APLICAÇÃO COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL EM 3 PARTES QUE FACILITAM E PERMITEM A APLICAÇÃO COM MAIOR FIRMEZA E SEGURANÇA. APRESENTA CAPACIDADE DE MANEJO DE FLUIDO DE NO MÍNIMO 20,9 G/10CM2/24H, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 7 DIAS. ESTÉRIL.	20	UND
85.	485014	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE MULTICAMADAS: TAMANHO APROXIMADO: 10X10 CM. COMPOSTO POR NO MÍNIMO 05 CAMADAS: CURATIVO DE ESPUMA MULTICAMADAS QUADRADO. DEVE CONTER NO MÍNIMO 05 CAMADAS E SER NO FORMATO QUADRADO. DEVE POSSUIR CAMADA SUPERIOR PROTETORA DE FILME IMPERMEÁVEL; DUAS OU MAIS CAMADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA DISPERSÃO DE FORÇAS DE PRESSÃO, FRICÇÃO E CISALHAMENTO E IMPEDIMENTO DA DEFORMAÇÃO DO CURATIVO; CAMADA COM FIBRA FINA DE CARBOXIMETILCELULOSE PARA BLOQUEIO DA UMIDADE E	50	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORACÃO DE JESUS

		QUE SEJA EXCLUSIVA PARA O GERENCIAMENTO DO MICROCLIMA DA PELE; E CAMADA ADESIVA DE SILICONE PERFURADO EM TODA A INTERFACE DO CURATIVO COM A PELE ÍNTEGRA. O SILICONE DEVE PERMITIR O REPOSICIONAMENTO DO CURATIVO SEM PERDA DA ADESIVIDADE. AS BORDAS DEVEM SER ALARGADAS E NÃO DEVEM ENROLAR DURANTE A AÇÃO DAS FORÇAS EXTRÍNSECAS. DEVE DURAR NO MÍNIMO ATÉ 7 DIAS NA PELE. TAMANHO APROXIMADO DE 10CM X 10CM. ESTÉRIL E COM REGISTRO NA ANVISA.		
86.	484943	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE: TAMANHO: 10X10 CM. CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MACIO, ESTÉRIL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE, AUTOADESIVO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR, VERTICAL, COM RETENÇÃO DO EXSUDATO. FACE SUPERIOR REVESTIDA EM FILME DE POLIURETANO, IMPERMEÁVEL A ÁGUA E MICROORGANISMOS. POSSUI ABSORÇÃO E CONTROLE DE TRANSMISSÃO DE VAPORES, MANTENDO UMIDADE IDEAL AO LEITO DA FERIDA, MESMO EM SITUAÇÕES DE GRANDE QUANTIDADE DE EXSUDATO. TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 7 DIAS. ESTÉRIL.	300	UND
87.	484812	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE COM ALGINATO DE CÁLCIO: TAMANHO APROXIMADO: 10X10 CM. CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, ESTÉRIL, FLEXÍVEL, CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS, COM GRADE DEMARCADORA, QUE PROPICIE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. CAMADA INTERNA AUTOADESIVA, CONSTITUÍDA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE CÁLCIO.	100	UND
88.	484808	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTÉRIL: COMPOSTO POR CAMADA INTERNA AUTOADESIVA, HIPOALÉRGICA, COM PODER DE ABSORÇÃO PERMITINDO A RESPIRAÇÃO DA PELE. INDICADO NA TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE. COMPOSIÇÃO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PELÍCULA PROTERORA DE POLIURETANO. DIMENSÕES DE 10 X 10 CM.	100	UND
89.	484874	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA: TAMANHO APROXIMADO: 10 X 10 CM. CURATIVO ESTÉRIL DE HIDROFIBRA EM FORMA DE PLACA, NÃO ADERENTE, MACIO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, “SEM ALGINATO DE CÁLCIO E/OU SÓDIO” E UM COMPLEXO DE PRATA IÔNICA PARA CONTROLE ANTIMICROBIANO. DEVE POSSUIR AGENTES ANTIBIOFILMES, COMO BEC (SURFACTANTE) E EDTA (QUELANTE) OU SIMILARES, DESDE QUE COMPROVADO EM BULA. DEVE SER COSTURADO PARA QUE FORNEÇA MAIOR RESISTÊNCIA AO CURATIVO E PARA QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NO MOMENTO DA TROCA OU QUANDO SATURADO, FACILITANDO SUA REMOÇÃO. PROMOVE ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO DO EXSUDATO. É IMPRESCINDÍVEL QUE A PLACA NÃO SE DISSOLVA NO LEITO DA FERIDA E NEM QUE HAJA RUPTURA NO MOMENTO DA TROCA. PARA COMBATER E IMPEDIR A REFORMAÇÃO DO BIOFILME NA FERIDA.	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

90.	484875	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA: TAMANHO APROXIMADO: 15 X 15 CM. CURATIVO ESTÉRIL DE HIDROFIBRA EM FORMA DE PLACA, NÃO ADERENTE, MACIO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, “SEM ALGINATO DE CÁLCIO E/OU SÓDIO” E UM COMPLEXO DE PRATA IÔNICA PARA CONTROLE ANTIMICROBIANO. DEVE POSSUIR AGENTES ANTIBIOFILMES, COMO BEC (SURFACTANTE) E EDTA (QUELANTE) OU SIMILARES, DESDE QUE COMPROVADO EM BULA. DEVE SER COSTURADO PARA QUE FORNEÇA MAIOR RESISTÊNCIA AO CURATIVO E PARA QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NO MOMENTO DA TROCA OU QUANDO SATURADO, FACILITANDO SUA REMOÇÃO. PROMOVE ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO DO EXSUDATO. É IMPRESCINDÍVEL QUE A PLACA NÃO SE DISSOLVA NO LEITO DA FERIDA E NEM QUE HAJA RUPTURA NO MOMENTO DA TROCA. PARA COMBATER E IMPEDIR A REFORMAÇÃO DO BIOFILME NA FERIDA.	50	UND
91.	484922	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, GEL HIDRATANTE, TRANSPARENTE, AQUOSO, VISCOSO, NÃO ESTÉRIL. INDICADO NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, QUEIMADURA DE 1º E 2º GRAU, DESBRIDAMENTO DE NECROSE E ESFACELO, PREPARANDO O LEITO DA LESÃO PARA UMA MELHOR CICATRIZAÇÃO. COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. TUBO DE 85G. PRODUTO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	UND
92.	455518	CURATIVO EM GAZE DE ÓLEO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS A.G.E, ASSOCIADO A ÓLEO DE GIRASSOL, MELALEUCA E COPAÍBA, VITAMINAS A / E, LECITINA DE SOJA. INDICADO PARA HIDRATAR E MANTER A INTEGRIDADE DA PELE E TRATAMENTO DE FERIDAS AGUDAS. PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO. NA EMBALAGEM DEVE CONTER NOME, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA E LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA JUNTO COM A PROPOSTA.	200	UND
93.	484749	CURATIVO FILME TRANSPARENTE: PARA FINS DE REDUZIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COM LINHA DIVISÓRIA PARA FÁCIL REMOÇÃO, PAPEL QUADRICULADO DELINEADO PARA ORIENTAÇÃO NO RECORTE, NÃO ESTÉRIL. INDICADO PARA FIXAÇÃO DECURATIVOS PRIMÁRIOS E CIRÚRGICOS, LOCAIS DE INSERÇÃO DE CATETERES EM GERAL E SONDAS. COMPOSTO DE PELÍCULA PROTETORA TRANSPARENTE EM POLIURETANO EM UMA CAMADA PROTETORA DE POLITEREFTALATO DE ETILENO, PERMANÊNCIA MÁXIMA POR 7 DIAS, FORMATO EM ROLO MEDINDO 5X10CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 METROS.	100	UND
94.	484751	CURATIVO FILME TRANSPARENTE: PARA FINS DE REDUZIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COM LINHA DIVISÓRIA PARA FÁCIL REMOÇÃO, PAPEL QUADRICULADO DELINEADO PARA ORIENTAÇÃO NO RECORTE, NÃO ESTÉRIL. INDICADO PARA FIXAÇÃO DECURATIVOS PRIMÁRIOS E CIRÚRGICOS, LOCAIS DE INSERÇÃO DE CATETERES EM GERAL E SONDAS. COMPOSTO DE PELÍCULA PROTETORA TRANSPARENTE EM POLIURETANO EM UMA CAMADA PROTETORA DE	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		POLITEREFTALATO DE ETILENO, PERMANÊNCIA MÁXIMA POR 7 DIAS, FORMATO EM ROLO MEDINDO 10X15CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 METROS.		
95.	616734	CURATIVO FILME TRANSPARENTE: PARA FINS DE REDUZIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COM LINHA DIVISÓRIA PARA FÁCIL REMOÇÃO, PAPEL QUADRICULADO DELINEADO PARA ORIENTAÇÃO NO RECORTE, NÃO ESTÉRIL. INDICADO PARA FIXAÇÃO DECURATIVOS PRIMÁRIOS E CIRÚRGICOS, LOCAIS DE INSERÇÃO DE CATETERES EM GERAL E SONDAS. COMPOSTO DE PELÍCULA PROTETORA TRANSPARENTE EM POLIURETANO EM UMA CAMADA PROTETORA DE POLITEREFTALATO DE ETILENO, PERMANÊNCIA MÁXIMA POR 7 DIAS, FORMATO EM ROLO MEDINDO 10X20CM. O EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 METROS.	100	UND
96.	484810	CURATIVO HIDROCOLÓIDE PLACA 20 X 20CM. CURATIVO ADESIVO, ESTÉRIL, COM UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, COM FÓRMULA DE GEL CONTROLADA E COESO PARA QUE O EXSUDATO NÃO TRANSBORDE, E QUE PERMITA RETIRAR O CURATIVO SEM DANOS AOS TECIDOS RECÉM-FORMADOS. COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA, GELATINA, POLISOBOTULENO, POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS; SEM ALGINATO DE CÁLCIO E/OU SÓDIO. COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 6 MILÍMETROS.	100	UND
97.	615406	CURATIVO NÃO ADERENTE, ANTIMICROBIANO COM PHMB 0,2%: TAMANHO: 7,5CM X 7,5CM. COBERTURA DE POLIÉSTER COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO RECOBERTA POR UM POLÍMERO NÃO ADERENTE. IMPREGNADO COM POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA A 0,2%, COM CAPACIDADE PARA PREVENIR E TRATAR INFECÇÃO, DE FÁCIL APLICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	UND
98.	615402	CURATIVO NÃO ADERENTE, ANTIMICROBIANO COM PHMB 0,2%: TAMANHO: 10 X 10CM. COBERTURA DE POLIÉSTER COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO RECOBERTA POR UM POLÍMERO NÃO ADERENTE. IMPREGNADO COM POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA A 0,2%, COM CAPACIDADE PARA PREVENIR E TRATAR INFECÇÃO, DE FÁCIL APLICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	UND
99.	483363	CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE. HIPOALERGÊNICO, SEM LÁTEX E SOLVENTES. INDICADO PARA UTILIZAÇÕES PÓS-PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES. ROLO COM 500 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA MOTIVOS INFANTIS	20	UND
100.	485086	CURATIVO TIPO GAZE RAYON OU MALHA DE POLIÉSTER. CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EMBEBIDA EM ÓLEO A BASE DE AGE E TCM, ENRIQUECIDO COM LECITINA DE SOJA, VITAMINAS A / E, DESTINADO AO TRATAMENTO DE FERIDAS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. DIMENSÕES DE 7,5 X 7,5 CM.	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

101.	603322	CURATIVO TIPO GAZE RAYON OU MALHA DE POLIÉSTER E ALGODÃO. CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EMBEBIDA EM ÓLEO DE BASE AGE E TCM, ENRIQUECIDO COM LECITINA DE SOJA, VITAMINAS A / E, DESTINADO AO TRATAMENTO DE FERIDAS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. DIMENSÕES DE 15 X 15 CM.	10	UND
102.	433842	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, - COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, - ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, - DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, - BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, - TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, - ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5V, - SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	50	UND
103.	433856	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL DOPPLER FETAL ULTRASSÔNICO PARA DETECTAR A FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) COM ALTA PERFORMANCE E SENSIBILIDADE. INDISPENSÁVEL PARA AVALIAR O BEM-ESTAR FETAL EM EXAMES DE ROTINA ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO, ALTOFALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR; BOTÃO LIGADESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD OU LED COLORIDO; VISOR COM VÁRIOS MODOS	20	UND
104.	461245	ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO PEDIÁTRICO. COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, GEL SÓLIDO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA-PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), CAPA-CÁPSULA TRANSPARENTE SELANTE.	3.000	UND
105.	462369	ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO ADULTO. COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, GEL SÓLIDO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA-PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), CAPA-CÁPSULA TRANSPARENTE SELANTE. COM 50 UNIDADES	100	UND
106.	609710	EQUIPO MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR E PONTO DE INFUSÃO LATERAL TIPO Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA	10.000	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

107.	609808	EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL DE COR AZUL, COM NO MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR PINÇA ROLETE, CÂMARA DE GOTEJAMENTO E PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA. CONECTOR DO TIPO ESCALONADO COM NO MÍNIMO SEIS DIFERENTES DIÂMETROS DE SONDA COM TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM UNITÁRIA	15.000	UND
108.	460913	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FIXADAS EM HASTE PLÁSTICA CILÍNDRICA, ATÓXICA E RESISTENTE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	100	PCT
109.	432480	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL OBESO MANÔMETRO ANERÓIDE - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 68 CENTÍMETROS, LARGURA DE 15 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS OBESOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE.	30	UND
110.	432473	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL PEDIÁTRICO MANÔMETRO ANERÓIDE - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE,	30	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		<p>EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM FECHO DE METAL. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 28,5 CENTÍMETROS, LARGURA DE 9 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX. BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO ANVISA, COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS.</p>		
111.	432469	<p>ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO MANÔMETRO ANERÓIDE - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CENTÍMETROS, LARGURA DE 14,5 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO</p>	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO MS/ANVISA, COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS.		
112.	472674	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, COM MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO PARA USO ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. DEVE ACOMPANHAR MÁSCARA ADULTO.	30	UND
113.	472673	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, COM MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO PARA USO ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. DEVE ACOMPANHAR MÁSCARA INFANTIL (0 A 2 ANOS).	20	UND
114.	362097	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, COM MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO PARA USO ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. DEVE ACOMPANHAR MÁSCARA INFANTIL (2 A 13 ANOS).	30	UND
115.	437862	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, NÃO ESTÉRIL, NA COR BRANCA, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 05 CM X 4,5 M, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINA. COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS, ENROLADO EM CARRETEL COM ABAS, PROTEGIDOS POR CAPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.	1000	UND
116.	446603	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, NÃO ESTÉRIL, NA COR BRANCA, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM X 4,5 M, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINA. COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS, ENROLADO EM CARRETEL COM ABAS, PROTEGIDOS POR CAPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.	4000	UND
117.	437882	ESPARADRAPO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO. COM 5CM X 10M.	1000	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

118.	437883	ESPARADRAPO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO. COM 2,5CM X 10M.	3000	UND
119.	453693	ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, FABRICADA EM MADEIRA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	100	PCT
120.	458987	ESPUMA DE PHMB, PARA LIMPEZA ANTISSEPTICA: FRASCO COM 150ML E VALVULA ESPUMADORA. SOLUÇÃO DE LIMPEZA, COMPOSTA DE PHMB (0,2%), ÓLEO DE MALALEUCA, ALOE VERA, ÁCIDO LÁTICO E TENSO ATIVOS LIVRES DE SULFATOS, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, QUE ELIMINA 99,9% DOS GERMES E BACTÉRIAS, COMPATÍVEL COM O PH FISIOLÓGICO DA PELE.	100	UND
121.	609094	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUIDOS. OLIVAS DE FORMATO ANATÔMICO FABRICADO EM BORRACHA OU SILICONE ANTIALÉRGICA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA SONS AMBIENTES. CONJUNTO BIAURRICULAR DE ARMAÇÃO LEVE E RESISTENTE. TUBO EM Y MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICAÇÃO E NÍTIDA CONDUÇÃO DO SOM CAPTADO.	20	UND
122.	438928	ESTETOSCÓPIO ADULTO. COM DUAS OLIVAS MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA. FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA MÍNIMA DE UM (1) ANO. APRESENTAR MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIONAL COMPROVADA.	50	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORACÃO DE JESUS

123.	438927	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS. OLIVAS DE FORMATO ANATÔMICO FABRICADO EM BORRACHA OU SILICONE ANTIALÉRGICA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA SONS AMBIENTES. CONJUNTO BIAURRICULAR DE ARMAÇÃO LEVE E RESISTENTE. TUBO EM Y MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICAÇÃO E NÍTIDA CONDUÇÃO DO SOM CAPTADO.	20	UND
124.	438923	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO COM DUAS OLIVAS MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIONAL COMPROVADA.	50	UND
125.	487460	FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR N. 0-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 3,0 CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	240	CX
126.	487460	FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR N. 1-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 3,0 CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	240	CX
127.	487452	FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR N. 2-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 3,0 CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	40	CX



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

128.	487445	FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR N. 3-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 3,0 CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 24 UNIDADES	10	CX
129.	487429	FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR N. 4-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 2,0 CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 24 ENVELOPES	10	CX
130.	487418	FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR N. 5-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 2,0 CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	50	CX
131.	437884	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA TRANSPARENTE MICROPERFURADA. COMPOSTA POR POLIETILENO E ADESIVO ACRÍLICO. DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO AO FERIMENTO E CORTE BIDIRECIONAL. ROLO DE 100MM X 4,5M COM CARRETEL E CAPA PROTETORA..	200	UND
132.	350646	FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) PARA USO HOSPITALAR EM GERAL. COR BRANCA. TAMANHO DE 19MM X 50M.	500	UND
133.	332343	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. COR BRANCA, TAMANHO DE 19MM X 30M. DORSO DE PAPEL CREPADO Á BASE DE BORRACHA NATURAL, NA OUTRA FACE, FINA CAMADA IMPERMEABILIZADA DE RESINA ACRÍLICA, COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO.	1000	UND
134.	373715	FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO EM SPRAY OU AEROSOL, COM 100ML. SOLUÇÃO INDICADA PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR E DO ESFREGAÇO NA LÂMINA DE VIDRO. FABRICADO EM FRASCO QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE.	500	UND
135.	481530	FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO ADULTO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL.COM FIXADOR EM VELCRO PARA AJUSTE DE ACORDO COM A ANATOMIA DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX.	300	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

136.	481531	FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO INFANTIL. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL.COM FIXADOR EM VELCRO PARA AJUSTE DE ACORDO COM A ANATOMIA DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX.	100	UND
137.	619153	FRASCO COLETOR UNIVERSAL COM CAPACIDADE DE 75ML, GRADUADO. COM TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTÉRIL, TRANSLÚCIDO. PACOTE COM 150 UNIDADES.	50	PCT
138.	395537	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL.	50.000	UND
139.	395533	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 500ML. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL.	10.000	UND
140.	445576	GARROTE ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM FECHO EM PVC OU PLÁSTICO, PERMITINDO FÁCIL AJUSTE E BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA. TAMANHO ADULTO.	50	UND
141.	445577	GARROTE ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM FECHO EM PVC OU PLÁSTICO, PERMITINDO FÁCIL AJUSTE E BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA. TAMANHO INFANTIL.	30	UND
142.	615402	GAZE ANTIMICROBIANA: TAMANHO APROXIMADO: 15 CM X 17CM. COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO ESTÉRIL, IMPREGNADA COM POLIEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB). CAPACIDADE DE ALTA ABSORÇÃO DE EXSUDATO, FÁCIL APLICAÇÃO, PODENDO PERMANECER NO LEITO DA FERIDA EM ATÉ 72 HORAS. INDICADA PARA FERIDAS INFECTADAS OU NÃO, DE QUALQUER ETIOLOGIA. PACOTE COM 250 UNIDADES.	100	PCT



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORACÃO DE JESUS

143.	615986	GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA ESTÉRIL. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE COM 10 PEÇAS, QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, INFORMANDO O NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009.	1000	PCT
144.	615986	GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5 X 7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009.	5000	PCT
145.	475840	GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRRAFIA. EMBALADO EM FRASCO COM 100ML.	300	UND
146.	475840	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM. EMBALADO EM SACHÊ COM NO MÍNIMO 5KG	100	UND
147.	485862	GEL PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS COM PHMB: TAMANHO 30 ML GEL INCOLOR, INODORO, NÃO GORDUROSO, HIDRATANTE COM 0,1% DE POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA (PHMB), UM AGENTE ANTIMICROBIANO COM AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO CONTRA MICROORGANISMOS COMO BACTÉRIAS, FUNGOS, LEVEDURAS E BIOFILME.	100	UND
148.	469638	KIT DE TALAS ARAMADAS (4 UNIDADES), MOLDÁVEIS, PARA IMOBILIZAÇÃO EM RESGATE. REVESTIDAS COM MATERIAL ANTI-ALÉRGICO E COBERTAS COM ESPUMA MACIA DE ETIL VINIL ACETATO (EVA), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM. TELA ARAMADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, GALVANIZADA E RECOBERTA COM E.V.A. APRESENTAÇÃO DAS TALAS NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE: (PP-ROXA; P-AZUL; M-LARANJA E GVERDE), TALAS COM NO MÍNIMO 8 MM DE ESPESSURA, PODENDO SER LAVÁVEIS E REUTILIZÁVEIS.	20	UND
149.	405740	KIT PAPANICOLAU DEVE CONTER: 1 ESPÉCULO DESCARTÁVEL, TAMANHO G, MODELO COLLINS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA., 1 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, COM 1 LÂMINA DE VIDRO, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.	2000	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

150.	405739	KIT PAPANICOLAU DEVE CONTER: 1 ESPÉCULO DESCARTÁVEL, TAMANHO M, MODELO COLLINS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA. 1 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA. 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, COM 1 LÂMINA DE VIDRO, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.	2000	UND
151.	405738	KIT PAPANICOLAU DEVE CONTER: 1 ESPÉCULO DESCARTÁVEL, TAMANHO P, MODELO COLLINS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA. 1 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA. 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, COM 1 LÂMINA DE VIDRO, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE	2000	UND
152.	412834	LÂMINA DE BISTURI Nº 11, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	CX
153.	366903	LÂMINA DE BISTURI Nº 15, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	CX
154.	361078	LÂMINA DE BISTURI Nº 23, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	CX
155.	366902	LÂMINA DE BISTURI Nº 24, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	CX
156.	409706	LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA. TAMANHO DA LÂMINA 26MM X 76MM X 1MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	80	CX



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

157.	338605	LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. UTILIZADA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,8MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	CX
158.	375573	LANCETA, PARA PUNÇÃO CAPILAR DIGITAL, DE USO UNICO, NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA, COM OU SEM LANCETADOR, COM BASE E PROTETOR DE PLASTICO, AGULHA COM ESPESSURA DE 28 G QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APOS O USO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES E GARANTINDO RAPIDEZ, PRECISAO E INCISAO CONSISTENTE.	300	UND
159.	445191	LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, CLIPE DE BOLSO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA. FABRICADA EM METAL LEVE E RESISTENTE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM SUPORTE ABAIXADOR DE LÍNGUA (REMOVÍVEL)	30	UND
160.	481804	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	5000	PCT
161.	620075	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX NATURAL, CONFECCIONADA EM POLIISOPRENO OU POLICLOROPRENO, LIVRE DE PÓ, HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO 6,5. EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA; O ROTULO IMPRESSO DEVE ESTAR APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM PRIMARIA, DEVENDO CONTER AS SEGUINTE INFORMações, ESCRITAS NO IDIOMA EM PORTUGUÊS: NOME DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO REGISTRO NA ANVISA /MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.	1000	UND
162.	620076	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX NATURAL, CONFECCIONADA EM POLIISOPRENO OU POLICLOROPRENO, LIVRE DE PÓ, HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO 7,0. EMBALAGEM: EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO,	1000	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA; O ROTULO IMPRESSO DEVE ESTAR APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM PRIMARIA, DEVENDO CONTER AS SEGUINTE INFORMACOES, ESCRITAS NO IDIOMA EM PORTUGUÊS: NOME DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO REGISTRO NA ANVISA /MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.		
163.	620077	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL , LIVRE DE LÁTEX NATURAL, CONFECCIONADA EM POLIISOPRENO OU POLICLOROPRENO, LIVRE DE PÓ, HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO 7,5 . EMBALAGEM: EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA; O ROTULO IMPRESSO DEVE ESTAR APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM PRIMARIA, DEVENDO CONTER AS SEGUINTE INFORMACOES, ESCRITAS NO IDIOMA EM PORTUGUÊS: NOME DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO REGISTRO NA ANVISA /MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.	1000	UND
164.	620078	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL , LIVRE DE LÁTEX NATURAL, CONFECCIONADA EM POLIISOPRENO OU POLICLOROPRENO, LIVRE DE PÓ, HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO 8,0 . EMBALAGEM: EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA; O ROTULO IMPRESSO DEVE ESTAR APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM PRIMARIA, DEVENDO CONTER AS SEGUINTE INFORMACOES, ESCRITAS NO IDIOMA EM PORTUGUÊS: NOME DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO REGISTRO NA ANVISA /MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.	1000	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORACÃO DE JESUS

165.	620079	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL , LIVRE DE LÁTEX NATURAL, CONFECCIONADA EM POLIISOPRENO OU POLICLOROPRENO, LIVRE DE PÓ, HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO 8,5 . EMBALAGEM: EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA; O ROTULO IMPRESSO DEVE ESTAR APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM PRIMARIA, DEVENDO CONTER AS SEGUINTE INFORMAÇÕES, ESCRITAS NO IDIOMA EM PORTUGUÊS: NOME DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO REGISTRO NA ANVISA /MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.	500	UND
166.	619851	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL-TAMANHO G , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA CAIXA COM 100 UNIDADES.	700	CX
167.	619850	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL-TAMANHO M , EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	CX
168.	619849	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL-TAMANHO P , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	700	CX
169.	619848	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL-TAMANHO PP , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	300	CX
170.	619832	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL. DESCARTÁVEL , ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P.	50	CX



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

171.	619833	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL. DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO M.	20	CX
172.	619834	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL. DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO G.	10	CX
173.	619835	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL. DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO GG.	10	CX
174.	342067	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER 3 BANDEJAS COM DIVISÓRIAS E TAMPA NA BANDEJA SUPERIOR; ALÇA PARA CADEADO; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE; COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (C)370MM X (L)190MM X (A)190MM.	50	UND
175.	446392	MALHA DE POLIÉSTER ABSORVENTE: TAMANHO 10 CM X 10 CM. CURATIVO QUE ATUA NAS METALOPROTEASES, COM DESBRIDAMENTO CONTÍNUO, POLIABSORVENTE E QUE REGULA O EXSUDATO ATRAVÉS DAS FIBRAS POLIACRILATO. REDUZ COMPROVADAMENTE TEMPO DE CICATRIZAÇÃO.	100	UND
176.	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, AGRADÁVEL AO TOQUE E MACIA, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. O ELÁSTICO DEVE SER RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER CLIPE NASAL DE TIRA MALEÁVEL E REVESTIDO, PRESO A MÁSCARA, SEM SE PROJETER PARA FORA, SEM CONTATO DIRETO COM A PELE, MEDINDO NO MÍNIMO 10 CM DE COMPRIMENTO. COR BRANCA. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	600	UND
177.	485532	MÁSCARA PFF2 COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO. DEVE PROPORCIONAR UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 94% E UMA PENETRAÇÃO MÁXIMA DE 6%, GARANTINDO PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. O ELÁSTICO DEVE SER AJUSTÁVEL, RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER CLIPE NASAL, DE FORMA QUE A MÁSCARA FIQUE AJUSTADA E FIRME AO ROSTO. COR	1000	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		BRANCA.		
178.	485533	MÁSCARA PFF2 COM RESPIRADOR E ELÁSTICO AJUSTÁVEL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO. DEVE PROPORCIONAR UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 94% E UMA PENETRAÇÃO MÁXIMA DE 6%, GARANTINDO PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. O ELÁSTICO DEVE SER AJUSTÁVEL, RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER VÁLVULA DE EXAUSTÃO E O CLIPE NASAL, DE FORMA QUE A MÁSCARA FIQUE AJUSTADA E FIRME AO ROSTO. COR BRANCA.	1000	UND
179.	421216	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE VISUALIZAÇÃO RAIOS - X HOSPITALAR 01 CORPO, MATERIAL CHAPA AÇO INÓX, MED. 040 X 050 MTS, FRENTE EM ACRÍLICO, 110/220 VOLTS, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA.	20	UND
180.	618293	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR. FABRICADO EM PLÁSTICO INCOLOR, COM HASTES FLEXÍVEIS, REGULÁVEIS E PROTETOR LATERAL.	200	UND
181.	608634	ÓCULOS PROTETOR FACIAL- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES (REGULÁVEIS) EM PLÁSTICO; VISOR INCOLOR; CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM LENTES CURVAS PARA OFERECER PROTEÇÃO LATERAL E MAIOR VISÃO PERIFÉRICA; MATERIAL RESISTENTE E POSSÍVEL DE REALIZAR LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS APROPRIADOS (ÁLCOOL LÍQUIDO A 70%, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU OUTRO DESINFETANTE)	200	UND
182.	478187	OTOSCÓPIO: INCLUSO: LÂMPADA DE 2,5V; ESPÉCULO REUTILIZÁVEL 2,5MM ESPÉCULO REUTILIZÁVEL 4,0MM; ESPÉCULO REUTILIZÁVEL 5,0MM; ESPÉCULO REUTILIZÁVEL 7,0MM; ESPÉCULO REUTILIZÁVEL 9,0MM; ESTOJO PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO.	20	UND
183.	257708	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA).	50	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

184.	299875	OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA).	30	UND
185.	398705	PVPI DEGERMANTE 10% 1000 ML [PVPI 10% DEGERMANTE - IODOPOLIVIDONA 10% (EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO) SOLUÇÃO DEGERMANTE, ACONDICIONADA EM FRASCO, CONTENDO 1000 ML.	200	UND
186.	398704	IDOPOVIDONA (PVPI), 10% SOLUÇÃO ALCOÓLICA 1000 ML [PVPI 10% TINTURA - IODOPOLIVIDONA 10% (EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO) SOLUÇÃO ALCOÓLICA, ACONDICIONADA EM FRASCO, CONTENDO 1000 ML.	100	UND
187.	398706	IDOPOVIDONA (PVPI), 10% SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA 100 ML (TOPICO) [PVPI 10% TÓPICO - IODOPOLIVIDONA 10% (EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO) SOLUÇÃO AQUOSA, ACONDICIONADA EM FRASCO, CONTENDO 1000 ML.	100	UND
188.	385777	PAPAGAIO EM INOX, UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000ML.	30	UND
189.	334606	PAPAGAIO EM PLÁSTICO, UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000ML, GRADUAÇÃO E TAMPA.	50	UND
190.	442440	PAPEL CREPADO 50X50CM, GRAMATURA 78G/M ² , INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU POR RADIAÇÃO GAMA, COM BARREIRA MICROBIANA EFICAZ ATRAVÉS DA POROSIDADE, EFICIENTE NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO CONFORME TÉCNICA UNIVERSAL DE EMPACOTAMENTO, DESLIZE SUAVE E AJUSTE DE CONTOURNO, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, BIODEGRADÁVEL E INCINERÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE. EMBALAGEM QUE ASSEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER	200	CX



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS. PRODUTO DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 FOLHAS.		
191.	442484	PAPEL GRAU CIRÚRGICO , EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA DO PAPEL DE 60 G/M ² E MÍNIMA DO FILME 54 G/M ² , DIMENSÕES 10 CM X 100 M , ISENTA DE ODOR, TER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUSOS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO, QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE. EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, N°. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, MARCA, TAMANHO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.	100	UND
192.	443438	PAPEL GRAU CIRÚRGICO , EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA DO PAPEL DE 60 G/M ² E MÍNIMA DO FILME 54 G/M ² , DIMENSÕES 15 CM X 100 M , ISENTA DE ODOR, TER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUSOS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO, QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE. EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, N°. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, MARCA, TAMANHO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.	20	UND
193.	442384	PAPEL GRAU CIRÚRGICO , EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA DO PAPEL DE 60 G/M ² E MÍNIMA DO FILME 54 G/M ² , DIMENSÕES 20 CM X 100 M , ISENTA DE ODOR, TER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUSOS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO, QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE. EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE	20	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, Nº. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, MARCA, TAMANHO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.		
194.	442386	PAPEL GRAU CIRÚRGICO , EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA DO PAPEL DE 60 G/M ² E MÍNIMA DO FILME 54 G/M ² , DIMENSÕES 30 CM X 100 M, ISENTA DE ODOR, TER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUSOS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO, QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE. EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, Nº. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, MARCA, TAMANHO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.	10	UND
195.	442388	PAPEL GRAU CIRÚRGICO , EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA DO PAPEL DE 60 G/M ² E MÍNIMA DO FILME 54 G/M ² , DIMENSÕES 40 CM X 100 M , ISENTA DE ODOR, TER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUSOS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO, QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE. EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, Nº. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, MARCA, TAMANHO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.	10	UND
196.	442387	PAPEL GRAU CIRÚRGICO , EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA DO PAPEL DE 60 G/M ² E MÍNIMA DO FILME 54 G/M ² , DIMENSÕES 50 CM X 100 M , ISENTA DE ODOR, TER BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUSOS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEL AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORIZAÇÃO, QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE. EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE	10	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, Nº. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, MARCA, TAMANHO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.		
197.	481791	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, TAMANHO DE 70CM X 50M. FABRICADO EM 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, ABSORVENTE, RESISTENTE, BRANCO, SEM MANCHAS. (ROLO COM 50 MT)	1000	ROLO
198.	417287	PAPEL TOALHA, INTERFOLIADO, 02 DOBRAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 21CM (LARGURA) E MÍNIMO DE 23CM E MÁXIMO 27CM (COMPRIMENTO), 100% DE FIBRAS VEGETAL, NA COR BRANCA. PRODUTO COM O CONTEÚDO NOMINAL DE 1000 FOLHAS COM PESO DE 1.400 GRAMAS, COM TOLERÂNCIA DE - 1%. EMBALAGEM: AS SEGUINTE INFORMAÇÕES DEVERÃO SER IMPRESSAS E/OU CARIMBADAS PELO FABRICANTE (LEGÍVEL E INDELÉVEL), DIRETAMENTE NA EMBALAGEM EM QUE O PRODUTO ESTÁ ACONDICIONADO COM TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL): NOME/CNPJ DO FABRICANTE, NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, COMPOSIÇÃO, PESO, ENDEREÇO, TELEFONE DE CONTATO, NORMAS VIGENTES E REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO: VISUAL (EMBALAGEM), POR CHEIRO, TATO, MEDIÇÃO (PESO, QUANTIDADE, DIMENSÃO). DEVERÃO SER CONSIDERADOS PARA EFEITO DE RECEBIMENTO, PACOTE COM 1000 FOLHAS	500	PCT
199.	467874	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, COM 24CM. FABRICADA EM PLÁSTICO, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	500	UND
200.	446326	PORTA ALGODÃO EM INÓX, SERVIDO, AÇO INOXIDÁVEL, 20X20 CM.	20	UND
201.	615434	PRANCHA, PARA IMOBILIZACAO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, IMPERMEAVEL, NA COR VERMELHA, 100% TRANSLUCIDA AO RX, POSSUINDO 04 TIRANTES COM CLIPS DE ENGATE RAPIDO EM METAL, CAPACIDADE DE CARGA PARA ATE 250KG, DIMENSOES MINIMAS DE 406 X 1830 X 57MM	20	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

202.	456409	RESSUSCITADOR, REANIMADOR MANUAL, DE SILICONE, ADULTO, COM RESERVATORIO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADO EM SILICONE AUTOCLAVAVEL E RESISTENTE A DESINFECCAO QUIMICA, DE FACIL MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O PROCEDIMENTO CORRETO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE BALAO, VALVULA, MASCARA E RESERVATORIO REUTILIZAVEL; BALAO EM SILICONE RESISTENTE, CAPACIDADE DE NO MINIMO 600ML E NO MAXIMO 1500ML; VÁLVULA UNIDIRECIONAL OU COM SISTEMA LIMITADOR DE PRESSÃO; CONEXÃO COM A BOLSA E COM A MÁSCARA SEM QUALQUER ESCAPE, BAIXA RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA DE ACORDO COM AS NORMAS DE REANIMACAO RESPIRATORIA; A MASCARA DEVE SER DE SILICONE TRANSPARENTE, DEVE ACOMPANHAR CONECTOR PADRAO, O BOJO DEVE SER INFLAVEL E EM SILICONE AUTOCLAVAVEL, SISTEMA DE CONEXAO COM A MASCARA DEVE PERMITIR MUDANCA DE ANGULO DE OPERACAO; FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DIVERSAS PARTES PARA POSSIBILITAR CORRETO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, DESINFECCAO E ESTERILIZAÇÃO, PROVIDO DE LIMITADOR CONFORME NORMAS TECNICAS DE REANIMACAO. DEVERA SER ACOMPANHADO DE 01 (UM) RESERVATORIO DE OXIGENIO ADICIONAL; 02 JOGOS EXTRAS COMPLETOS DAS MEMBRANAS DE SILICONE E DAS VALVULAS DE ENTRADA DE AR E DE PACIENTE, MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO EM PORTUGUES, COM INFORMACOES PARA DESMONTAGEM, ESTERILIZAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	20	UND
203.	456410	RESSUSCITADOR, REANIMADOR MANUAL, DE SILICONE, INFANTIL, COM RESERVATORIO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADO EM SILICONE AUTOCLAVAVEL E RESISTENTE A DESINFECCAO QUIMICA, DE FACIL MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O PROCEDIMENTO CORRETO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE BALAO, VALVULA, MASCARA E RESERVATORIO REUTILIZAVEL; BALAO EM SILICONE RESISTENTE, CAPACIDADE DE NO MINIMO 600ML E NO MAXIMO 1500ML; VALVULA UNIDIRECIONAL OU COM SISTEMA LIMITADOR DE PRESSAO; CONEXAO COM A BOLSA E COM A MASCARA SEM QUALQUER ESCAPE, BAIXA RESISTÊNCIA INSPIRATORIA E EXPIRATORIA DE ACORDO COM AS NORMAS DE REANIMACAO RESPIRATORIA; A MASCARA DEVE SER DE SILICONE TRANSPARENTE, DEVE ACOMPANHAR CONECTOR PADRAO, O BOJO DEVE SER INFLAVEL E EM SILICONE AUTOCLAVAVEL, SISTEMA DE CONEXAO COM A MASCARA DEVE PERMITIR MUDANCA DE ANGULO DE OPERACAO; FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DIVERSAS PARTES PARA POSSIBILITAR CORRETO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, DESINFECCAO E ESTERILIZAÇÃO, PROVIDO DE LIMITADOR CONFORME NORMAS TECNICAS DE REANIMACAO. DEVERA SER ACOMPANHADO DE 01 (UM) RESERVATORIO DE OXIGENIO ADICIONAL; 02 JOGOS EXTRAS COMPLETOS DAS MEMBRANAS DE SILICONE E DAS VALVULAS DE ENTRADA DE AR E DE PACIENTE, MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO EM PORTUGUES, COM INFORMACOES PARA DESMONTAGEM, ESTERILIZAÇÃO E MONTAGEM DO	20	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

		PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA.		
204.	437173	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA - Nº 21 , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (TRAVA). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FLEXÍVEIS, QUE NÃO QUEBREM DURANTE A PUNÇÃO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.000	UND
205.	437174	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA - Nº 23 , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (TRAVA). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FLEXÍVEIS, QUE NÃO QUEBREM DURANTE A PUNÇÃO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.000	UND
206.	437172	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA - Nº 25 , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (TRAVA). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FLEXÍVEIS, QUE NÃO QUEBREM DURANTE A PUNÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	CAIXA
207.	437187	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA - Nº 27 , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (TRAVA). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FLEXÍVEIS, QUE NÃO QUEBREM DURANTE A PUNÇÃO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	500	UND
208.	437164	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA- Nº 19 , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (TRAVA). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FLEXÍVEIS, QUE NÃO QUEBREM DURANTE A PUNÇÃO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	500	UND
209.	439630	SERINGA DE 20 ML, SEM AGULHA , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA E DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRO, BICO COM LUER SLIP (SEM ROSCA) QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS, FLANGE QUE DE APOIO AOS DEDOS, EMBULO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO, COM GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	2000	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

210.	443468	SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, 01 ML: ESTÉRIL, COM AGULHA 13X 0,45, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. CORPO GRADUADO, EMBOLO DESLIZÁVEL APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	1000	UND
211.	439681	SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, 03 ML: ESTÉRIL, COM AGULHA 25X7, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. CORPO GRADUADO, EMBOLO DESLIZÁVEL APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA. BICO LUER SLIP (SEM ROSCA). ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	2000	UND
212.	439688	SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, 05 ML: ESTÉRIL, COM AGULHA 25X7, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. CORPO GRADUADO, EMBOLO DESLIZÁVEL APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA. BICO LUER SLIP (SEM ROSCA). APRESENTAR ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	2000	UND
213.	439702	SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, 10 ML: ESTÉRIL, COM AGULHA 25X7, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. CORPO GRADUADO, EMBOLO DESLIZÁVEL APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA. BICO LUER SLIP (SEM ROSCA) ACONDICIONADO CAIXA COM 100 UNIDADES.	4000	UND
214.	268236	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML, AMPOLA PLÁSTICA, TRANSPARENTE.	200	UND
215.	469042	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - 10 ML, AMPOLA PLÁSTICA, TRANSPARENTE.	100	UND
216.	452796	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100 ML, FRASCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, RÍGIDA E TRANSPARENTE, COM SISTEMA FECHADO.	1000	UND
217.	452796	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250 ML, FRASCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, RÍGIDA E TRANSPARENTE, COM SISTEMA FECHADO.	5000	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

218.	452796	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 ML, FRASCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, RÍGIDA E TRANSPARENTE, COM SISTEMA FECHADO.	3000	UND
219.	471162	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS: COMPOSTA DE POLIHEXANIDA (PHMB) E ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS OU COM COLONIZAÇÃO CRÍTICA, LESÕES COM NECROSE E CROSTAS. NÃO CITOTÓXICA, NÃO IRRITANTE. FRASCO CONTENDO 350ML, COM BICO PRÓPRIO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS..	50	UND
220.	454408	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 08. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 20 UND.	200	CAIXAS
221.	454404	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 10. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	200	UND
222.	454405	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 12. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	UND
223.	454402	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 14. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORACÃO DE JESUS

224.	454403	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 16. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	UND
225.	436002	SONDA FOLEY Nº 14, COM DUAS VIAS, FEITA EM LÁTEX, COM SUPERFÍCIE SILICONIZADA, BALÃO VOLUMÉTRICO DE 30CC, INFORMAÇÕES TÉCNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NÍTIDA E PERMANENTE, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, PERFEITA VEDAÇÃO, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	UND
226.	436007	SONDA FOLEY Nº 16, COM DUAS VIAS, FEITA EM LÁTEX, COM SUPERFÍCIE SILICONIZADA, BALÃO VOLUMÉTRICO DE 30CC, INFORMAÇÕES TÉCNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NÍTIDA E PERMANENTE, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, PERFEITA VEDAÇÃO, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	UND
227.	436003	SONDA FOLEY Nº 18, COM DUAS VIAS, FEITA EM LÁTEX, COM SUPERFÍCIE SILICONIZADA, BALÃO VOLUMÉTRICO DE 30CC, INFORMAÇÕES TÉCNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NÍTIDA E PERMANENTE, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, PERFEITA VEDAÇÃO, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	100	UND
228.	436078	SONDA FOLEY Nº 20, COM DUAS VIAS, FEITA EM LÁTEX, COM SUPERFÍCIE SILICONIZADA, BALÃO VOLUMÉTRICO DE 30CC, INFORMAÇÕES TÉCNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NÍTIDA E PERMANENTE, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, PERFEITA VEDAÇÃO, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	UND
229.	436077	SONDA FOLEY Nº 22, COM DUAS VIAS, FEITA EM LÁTEX, COM SUPERFÍCIE SILICONIZADA, BALÃO VOLUMÉTRICO DE 30CC, INFORMAÇÕES TÉCNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NÍTIDA E PERMANENTE, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, PERFEITA VEDAÇÃO, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

230.	438409	SONDA URETRAL Nº08 , DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1000	UND
231.	436042	SONDA URETRAL Nº10 , DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 2 FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1000	UND
232.	435986	SONDA URETRAL Nº12 , DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 2 FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1000	UND
233.	435982	SONDA URETRAL Nº14 , DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 2 FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	1000	UND
234.	435985	SONDA URETRAL Nº16 , DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1000	UND
235.	435987	SONDA URETRAL 18 , ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	500	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

236.	435983	SONDA URETRAL N°20, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 2 FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1000	UND
237.	431085	SUORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. FABRICADO EM ARAME BTC, COR BRANCA. DEVE POSSUIR DIMENSÕES DE 22,5CM (A), 29CM (L) E 24CM (P). ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 2CM EM CADA MEDIDA. O SUPORTE DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA SUA FIXAÇÃO.	50	UND
238.	464550	SUORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. FABRICADO EM ARAME BTC, COR BRANCA. DEVE POSSUIR DIMENSÕES DE 30CM (A), 31CM (L) E 26CM (P). ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 2CM EM CADA MEDIDA. O SUPORTE DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA SUA FIXAÇÃO	20	UND
239.	427815	TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. CONFECCIONADA EM POLIETILENO OU ACRÍLICO RESISTENTE, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 40CM.	03	UND
240.	452239	TALA, MOLDAVEL, EM E. V. A., DIMENSOES 65 CM X 10 CM, TAMANHO M.	20	UND
241.	452247	TALA, MOLDAVEL, EM E. V. A., DIMENSOES 85 CM X 10 CM, TAMANHO G.	10	UND
242.	452248	TALA, MOLDAVEL, EM E.V.A. DIMENSOES 1,20 M X 12 CM, TAMANHO EXGG.	20	UND
243.	452237	TALA, MOLDAVEL, EM E.V.A., DIMENSOES 30 CM X 8 CM, TAMANHO PP.	20	UND
244.	435802	TERMÔMETRO AURICULAR DIGITAL INFRAVERMELHO. UTILIZADO PARA MEDIÇÕES INSTANTÂNEAS ATRÁVES DE SENSOR INFRAVERMELHO. COM VISOR DIGITAL, BIP SONORO E MEMÓRIA PARA RESULTADOS. TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 15 SEGUNDOS. DEVE ACOMPANHAR SUPORTE PARA MESA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	10	UND
245.	623736	TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE À ÁGUA.	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

246.	384214	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM ALARME. UTILIZADO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE GELADEIRAS E CÂMARAS FRIAS. COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA. COM ALARME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICO A.B.S.. SENSOR COM NO MÍNIMO 1,80 CM DE COMPRIMENTO. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TRÊS DÍGITOS. ESCALA INTERNA NO MÍNIMO ENTRE -10°C E 60°C E ESCALA EXTERNA NO MÍNIMO ENTRE -50°C E 70°C.	15	UND
247.	474168	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES.	20	UND
248.	459711	TORNEIRINHA, DE TRES VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATOXICA E APIROGENICA, DE USO UNICO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ENDOVENOSOS, NA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES E/OU MEDICAMENTOS; PERMITE CONEXAO, SEGURA A TODOS TIPOS DE EQUIPOS ENDOVENOSOS, TUBOS EXTENSORES E CATETERES; TORNEIRA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO, TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA, ALTA RESISTENCIA A PRESSOES, MANIPULO GIRATORIO, COM ROTACAO DE 360° E COM INDICACAO DE FLUXO / SETAS INDICATIVAS, CORPO TRANSLUCIDO, EM POLICARBONATO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC 185/ANVISA.	200	UND
249.	428622	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	500	PCT
250.	252029	TRENA FITA MÉTRICA CORPORAL (INELÁSTICA) RETRÁTIL COM TRAVA. RESOLUÇÃO DA ESCALA: MILÍMETROS. MATÉRIA PRIMA: TRENA FIBRA DE VIDRO E CORPO EM PVC. AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: 0 CM A 150 CM (1,50 METROS).	20	UND
251.	436858	SAPATILHA CIRÚRGICA, TAMANHO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, GRAMATURA 40, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO; PARES	200	UND
252.	431991	ETIQUETA ADESIVA DE ACRILICO EM MATERIAL BOPP BRANCO, MEDINDO 50 MMX25MM CADA ETIQUETA, ROLO COM 01 COLUNA, CONTENDO 1000 UNIDADES.	10	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

253.	615046	PLACA PARA SEMENTE AURICULAR: PLACA DE PLÁSTICO PARA USO EM AURICULOTERAPIA COM DUAS FACES, UMA FACE PARA DUAS SEMENTES E OUTRA FACE PARA UMA SEMENTE. POSSUIR LINHAS GUIAS, PARA MAIS SEGURANÇA NOS CORTES COM ESTILETE. TAMANHO APROXIMADO DA PLACA: 12CMX14CM OU 12CM X 18CM COM APROXIMADAMENTE DE 160 A 260 CÉLULAS.	200	UND
254.	456972	ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA; ORIGEM: LAVANDULA ANGUSTIFOLIA. CONCENTRAÇÃO: PURO. COMPOSTO EXTRAÍDO DIRETAMENTE DAS PLANTAS, POSSUINDO POUCO OU NENHUMA SUBSTANCIA OLEOSA, ODORÍFERO, VOLÁTIL, DE CONSISTÊNCIA MAIS AQUOSA DO QUE OLEOSA, PARA USO EXTERNO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE VIDROS ESCUROS, COM TAMPAS BEM LACRADAS E RESISTENTES PARA QUE NÃO HAJA RISCO DE VAZAMENTOS. FRASCO DE 10 ML.	10	UND
255.	456964	ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM, ORIGEM: ROSMARINUS OFFICINALIS; CONCENTRAÇÃO: PURO. COMPOSTO EXTRAÍDO DIRETAMENTE DAS PLANTAS, POSSUINDO POUCO OU NENHUMA SUBSTANCIA OLEOSA, ODORÍFERO, VOLÁTIL, DE CONSISTÊNCIA MAIS AQUOSA DO QUE OLEOSA, PARA USO EXTERNO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE VIDROS ESCUROS, COM TAMPAS BEM LACRADAS E RESISTENTES PARA QUE NÃO HAJA RISCO DE VAZAMENTOS. FRASCO DE 10 ML.	10	UND
256.	614269	ÓLEO ESSENCIAL CAMOMILA, ORIGEM: ANTHEMIS NOBILIS. CONCENTRAÇÃO: PURO; COMPOSTO EXTRAÍDO DIRETAMENTE DAS PLANTAS, POSSUINDO POUCO OU NENHUMA SUBSTANCIA OLEOSA, ODORÍFERO, VOLÁTIL, DE CONSISTÊNCIA MAIS AQUOSA DO QUE OLEOSA, PARA USO EXTERNO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE VIDROS ESCUROS, COM TAMPAS BEM LACRADAS E RESISTENTES PARA QUE NÃO HAJA RISCO DE VAZAMENTOS. FRASCO DE 10 ML.	05	UND
257.	327150	DIFUSOR ULTRASSÔNICO BIVOLT. UTILIZADO COM ÓLEOS ESSENCIAIS PARA A PRÁTICA DE AROMATERAPIA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 240ML . GARANTIA DE 1 ANO DIFUSOR ULTRASSÔNICO BIVOLT. UTILIZADO COM ÓLEOS ESSENCIAIS PARA A PRÁTICA DE AROMATERAPIA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 240ML . GARANTIA DE 1 ANO	20	UND
258.	423427	ÓLEO DE MASSAGEM PARA BEBÊ HIPOALÉRGICO: FRASCO COM 100 ML. FÓRMULA LEVE, PURA, INGREDIENTES NATURAIS, PROVINDOS DE VEGETAIS COMO EXEMPLO O ALGODÃO, ABACATE, AVEIA, SEMENTES E DEMAIS COMPONENTES. FRAGRÂNCIA SUAVE E EFEITO CALMANTE. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.	20	UND
259.	466281	ROLO PARA PILATES: MATERIAL: EVA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR PRETA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 90 X 15 X 15 CM	10	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

260.	426778	BOLA SUÍÇA 45CM: TIPO: BOLA PARA PILATES; MODELO: BOLA SUÍÇA; MATERIAL: PVC ANTIDERRAPANTE; APLICAÇÃO: CONDICIONAMENTO FÍSICO ;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA BOMBA P/ INFLAR, ADAPTADOR E EXTENSOR DIMENSÕES: CARGA ATE 300 KG; DIÂMETRO 45CM	05	UND
261.	411183	BOLA SUÍÇA 65 CM: TIPO: BOLA PARA PILATES; MODELO: BOLA SUÍÇA; APLICAÇÃO: CONDICIONAMENTO FÍSICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO: 65CM; PVC; ANTIDERRAPANTE; CARGA: 300 KG.	05	UND
262.	449711	BOLA MEDICINAL: MATERIAL EM PVC; EMBORRACHADO; PESO: 3KG; APLICAÇÃO: FISIOTERAPIA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO SUBSTITUÍVEL LUBRIFICADO, MOLDAGEM MATRIZADA.	05	UND
263.	462437	TAPETE EMBORRACHADO INFANTIL: TAPETE EM EVA - EDUCATIVO ALFABETO. MEDIDA: 26 PLACAS TAM: 29 X 29 CM X 0,5MM - TOTAL APROXIMADO: 2M².	20	UND
264.	434277	ÁCIDO ACÉTICO CONCENTRAÇÃO: A 2% , FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO AQUOSA ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO A 2%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA. FRASCO DE 1 LITRO.	10	UND
265.	614314	ÁLCOOL PROPÍLICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: CH₃(CH₂)₂OH (1-PROPANOL OU NORMAL), PESO MOLECULAR*: 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: GRAU HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 71-23-8. FRASCO DE 1 LITRO	10	UND
266.	478151	BANDAGEM TIPO: ELÁSTICA, MODELO: AUTOADERENTE, MATERIAL: MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPONENTE: C/ ADESIVO DE BORRACHA SINTÉTICA, DIMENSÃO: CERCA DE 4 CM X 5 M , COR: C/ COR, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO , TIPO USO: USO ÚNICO	100	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

267.	607055	CAMPO CIRÚRGICO 100X100 "CAMPO CIRÚRGICO MODELO: FENESTRADO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, GRAMATURA: MÍNIMO DE 260 G/M2, DIMENSÕES: CERCA DE 100 X 100 CM, COR: C/ COR , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL"	20	UND
268.	607053	CAMPO CIRÚRGICO 50X50 "CAMPO CIRÚRGICO MODELO: FENESTRADO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, GRAMATURA: MÍNIMO DE 260 G/M2, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 50CM, COR: C/ COR , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL"	20	UND
269.	607054	CAMPO CIRÚRGICO 75X75 "CAMPO CIRÚRGICO MODELO: FENESTRADO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, GRAMATURA: MÍNIMO DE 260 G/M2, DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 75CM, COR: C/ COR, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL"	20	UND
270.	615393	COLCHÃO HOSPITALAR 188X78X14CM D28 "COLCHÃO USO HOSPITALAR MATERIAL: ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO: C/ CAPA NÃO REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DENSIDADE: CERCA DE D-28 A D-33 KG/M3, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TRIPARTIDO, USO CAMA PARA PARTO HUMANIZADO"	10	UND
271.	435588	EXERCITADOR OROFACIAL "MATERIAL FONOAUDIOLOGIA EXERCITADOR OROFACIAL , MATERIAL: POLIESTIRENO , COMPONENTES: HALTERE LINGUAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: CONJUNTO C/ 3 UNIDADES, ATÉ 60 GR , TIPO USO: REUTILIZÁVEL"	10	UND
272.	466804	PERA P/ ELETROCARDIOGRAFO "PERA USO MÉDICO APLICAÇÃO 1: USO C/ ELETRODO PRECORDIAL - ECG ,MATERIA PRIMA: SILICONE , TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE:REUTILIZÁVEL". KIT COM 06 PERAS.	05	KIT
273.	423975	PIPETA "PIPETA TIPO: PASTEUR , CAPACIDADE: 3 ML, MATERIAL: PLÁSTICO , TIPO USO: DESCARTÁVEL"	05	UND
274.	357880	SORO GLICOSADO 5% 250 ML SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, 250 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL TRANSPARENTE, ESTÉRIL, RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO "GLICOSE CONCENTRAÇÃO: 5% , FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM RIMÁRIA ISENTA DE PVC"	200	UND



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORAÇÃO DE JESUS

275.	270092	SORO GLICOSADO 5% 500 ML SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, 500 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL TRANSPARENTE, ESTÉRIL, RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO "GLICOSE CONCENTRAÇÃO: 5% INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA FECHADO".	200	UND
276.	442299	"TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, DOSAGEM, BETA HCG CROMATOGRÁFICO " "REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE BETA HCG MÉTODO: IMUNOFLUORESCÊNCIA APRESENTAÇÃO: TESTE" CAIXA COM 50 UNIDADES.	30	CAIXA
277.	438102	SOLUÇÃO DE LUGOL PARA TESTE DE SHILLER FRASCO DE 1 LITRO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	05	UND
278.	614433	ESTANTE TUBO ENSAIO MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS CERCA DE 15 MM CAPACIDADE*: ATÉ 60 UNIDADES	15	UND
279.	337471	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 TIPO: CONJUNTO COMPLETO TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE FATOR REUMATÓIDE MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX APRESENTAÇÃO: TESTE	50	KIT
280.	343029	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 TIPO: CONJUNTO COMPLETO TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE PROTEÍNA "C" REATIVA MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX APRESENTAÇÃO: TESTE	10	UND

4.1.1. Certifico que os itens listados acima não se enquadram como bem de luxo.

4.1.2. Todos os itens foram listados com o código CNBS.

5 – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

5.1. Prazo previsto para vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços 12 (meses).

6 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

6.1. Segue em anexo:

6.1.1. Lista de Itens Conforme o Catálogo Nacional de Bens e Serviços.



MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nozinho Prates, 1011, Sagrada Família, CEP. 39.340-000

Fone: (38) 3228-2284



Coração de Jesus/MG, 02 de Junho de 2025.

Guilherme Leal Andrade
Secretário Municipal de Saúde